

PROSTATEKTOMİ AMELİYATI SIRASINDA HASTA BAKIMI

KERİME ÖZGÜR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MONOBLOK ÜROLOJİ AMELİYATHANESİ

Perioperatif(Ameliyat Öncesi,Ameliyat Sırası,Ameliyat Sonrası) Hemşirelik Süreci

- Değerlendirme
- Planlama
- Uygulama
- Sonuçlandırma

Ameliyathaneye Kabul

- Ameliyat öncesi hazırlığın kontrol edilmesi
- Hastanın kimliğinin sözlü olarak teyit ettirilmesi
- Belgelerin kontrolünün yapılması

İş Akışının Sağlanmasında Hemşirenin Sorumlulukları

- Uyumlu ekip çalışması
- Ameliyathanenin hazırlığının yapılması
- Hastanın ameliyata hazırlığının yapılması
- Kendisini ve çevreyi enfeksiyondan koruma
- Asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmasının sağlanması

İş Akışının Sağlanmasında Hemşirenin Sorumlulukları

- Cerrahi alet ve malzemeyi tanıma ve doğru yerde kullanma
- Sayım protokolüne uyma
- Kayıt tutma ve rapor etme
- Ameliyathane temizlik protokolüne uyma

Benign Prostat Hiperplazisi

- Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P)
- Açık Prostatektomi
 - ✓ Retropubik Prostatektomi
 - ✓ Suprapubik Prostatektomi

Prostat Karsinomu

- Retropubik Radikal Prostatektomi
- Laparaskopik Radikal Prostatektomi

Radikal Prostat

- Ameliyat Sırası Uygulama:

Ameliyat için hazırlıklar kontrol edilir

- ✓ Cerrahi aletler
- ✓ Malzemeler
- ✓ Dikiş materyalleri
- ✓ Sterilite doğrulanır

Hazırlanacak Malzemeler

- ✓ Steril Ameliyat Bohçası
- ✓ Steril PVC Örtüler
- ✓ Üroloji Seti
- ✓ Koter (monopolar, bipolar, ligaşur, argon)
- ✓ Aspiratör
- ✓ Ligaklip (ML ve L)
- ✓ Foley Sonda (18 ve 22 no)
- ✓ Enjektör (10 ve 50cc)
- ✓ Feeding (FG 06)
- ✓ Dren

Dikiş Materyalleri

✓ İpek no 0 ve 1	2 adet
✓ İpek no 2/0 ve 3/0	1 adet
✓ Atravmatik ipek no 1 (40mm yuvarlak)	
✓ Atravmatik ipek no 0 (30mm yuvarlak)	
✓ Polyglactin no 1 (40mm yuvarlak)	3 adet
✓ Polyglactin no 3/0 (30mm yuvarlak)	3 adet
✓ Polyglactin no 2/0 (26mm yuvarlak)	6 adet
✓ Polydioxanone no 1 lop (40mm)	1 adet
✓ Polyglytone 2/0 (36mm yuvarlak)	2 adet
✓ Polipropilen 3/0 keskin iğne	2 adet

Ameliyat Sırası Uygulama


- Cerrahi el yıkama talimatına uygun olarak ellerini yıkar ve steril olarak giyinir
- Hastaya hafif trandelenburg pozisyonu verilir
- Asepsi ilkelerine göre hasta silinir ve örtülür
- Kalıcı idrar yolu kateteri takılır
- Steril şartlarda masalarını açar ve malzemelerini en kolay alabileceği şekilde düzenler





Ameliyat Sırası Uygulama

- Göbek altı medyan insizyon
- Retzius boşluğu açılır
- Mesane ve periton mobilize edilir




Ameliyat Sırası Uygulama

- Pelvik lenfadenektomi




Ameliyat Sırası Uygulama

- Endopelvik fasya açılır
- Prostatın bilateral mesaneye yakın kısımları serbestleştirilir




Ameliyat Sırası Uygulama

- Dorsal ven kompleksi kontrol altına alınır
- Puboprostatik ligaman kesilir




Ameliyat Sırası Uygulama

- Üretranın ön yüzü kesilir



- Anastomoz dikişleri yerleştirilir





Ameliyat Sırası Uygulama

- Lateral pediküller kesilir
- Seminal veziküller ayrıştırılır
- Vaz kesilir




Ameliyat Sırası Uygulama

- Prostat mesane boynundan ayrılır
- Orfisler kontrol edilir
- Mesane boynu oluşturulur



Ameliyat Sırası Uygulama

- Üretrovezikal Anastomoz Süturların Yerleştirilmesi
 - ✓ Sonda takılır
 - ✓ Pozisyon düzleştirilir
 - ✓ Sütur boşlukları alınır
 - ✓ Süturler oturtulur
 - ✓ Anastomoz kontrolü yapılır



Ameliyat Sırası Uygulama

- Yıkama sıvıları ve kan kaybı takip edilir
- Cerrahi alet, gaz, ped vb. sayımı yapılır
- Kanama kontrolünü takiben batın kapatılır
- Ameliyat bölgesinin pansumanı yapılır

Ameliyat Sonrası Uygulama

- Ameliyat sırasında alınan materyallerin doğru etiketlenip ilgili laboratuara gönderilmesini sağlar
- Hasta ameliyathaneden çıkartılırken, tüm bilgiler ve kayıtlar eksiksiz olarak teslim edilir.

Dokümantasyon

- Cerrahi hasta güvenliği için kayıtlar
 - ✓ Steril malzeme kullanım formu
 - ✓ Ameliyathane kabul ve işlem formu

Prot No.		Yatış Tarihi	
Adı Soyadı		Ad / Servis	

Kullanım Tarihi:				
Cihaz/ Çevrim/K Kodu				
Üretim Tarihi				
Son Kullanma Tarihi				
Kullanım Tarihi:				
Cihaz/Çevrim/ K Kodu				
Üretim Tarihi				
Son Kullanma Tarihi				
Kullanım Tarihi:				
Cihaz/Çevrim/ K Kodu				
Üretim Tarihi				
Son Kullanma Tarihi				
Kullanım Tarihi:				
Cihaz/Çevrim/ K Kodu				
Üretim Tarihi				
Son Kullanma Tarihi				
Kullanım Tarihi:				
Cihaz/Çevrim/ K Kodu				
Üretim Tarihi				
Son Kullanma Tarihi				
Kullanım Tarihi:				
Cihaz/Çevrim /K Kodu				
Üretim Tarihi				
Son Kullanma Tarihi				

T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

AMELİYATHANE KABUL VE İŞLEM FORMU

Hastanın Adı Soyadı:		Protokol No:		Ameliyat Tarihi:	
Hastanın Geldiği Birim/Saati:		Hastanın Bilinç Durumu:			
Ameliyathaneye Geliş Şekli:		☐ Açık		☐ Kapalı/Entübe	
☐ Sedye/Yatak		☐ Yürüyerek		☐ Tekerlikli Sandelye	
Hastanın Ameliyathaneye Kabulü:		☐ Tam		☐ Eksik ()	
☐ Acil Vaka		☐ Elektif Vaka			
Hastayla Birlikte Teslim Alınanlar:		☐ Yatış Belgesi		☐ Kan Grubu Kartı	
		☐ Onam Belgesi		☐ Hasta Dosyası	
				☐ Diğer ()	
AMELİYAT ÖNCESİ		AMELİYAT SIRASI		AMELİYAT SONRASI	
Hastanın Teşhisi:		Ameliyata Başlama Saati:		Cerrahi Alet Sayımı:	
Ameliyatın Yapıldığı Masa:		Steril Hemşire:		☐ Tam	
Ameliyatın Adı:		Dolaşan Hemşire:		☐ Eksik	
Seroloji Durumu:		Ameliyatta Kullanılan Cerrahi Setler:		Masaya Açılan Malzeme Sayımı: (Gazlı bez, batın komp., fındık tampon vb.):	
☐ Negatif		Sterilite teyit edildi mi? (endikatör sonuçları dahil olmak üzere)?		☐ Tam	
☐ Pozitif ()		☐ Evet		☐ Eksik ()	
Alerji Durumu:		☐ Hayır		Ameliyat Sırasında Kaza Durumu:	
☐ Yok		Ameliyatta Kullanılan Cihazlar:		☐ Evet	
☐ Bilmiyor		☐ Elektrokoater		☐ Hayır	
		☐ Lazer			
Hastanın Enfekte Olup Olmadığı:		Hastanın Ameliyat Masasında Güvenliği:		Kaza:	
☐ Evet ()		☐ Koter Plağı		☐ Steril Olmayan Malzeme Kullanımı	
☐ Hayır		☐ Isıtıcı Kullanımı		☐ Gazlı Bez/ Alet Unutulması	
		☐ Pozisyon ()		☐ Hastanın Düşmesi	
Masaya Açılan:		Ameliyatta Steril Hemşire Değişimi:		☐ Pozisyon Hataları	
☐ Gazlı Bez Sayısı:		☐ Yapıldı: (Hemşire:)		☐ Ekip İçi Çatışma	
☐ Batın Kompresi Sayısı:		☐ Yapılmadı:		☐ Sterilliğin Bozulması	
☐ Fındık Tampon Sayısı:		Örnek Alınır:		☐ Havalandırma/Isınma Problemleri	
☐ Diğer: ()		☐ Frozen		☐ Kesici Delici Alet Yaralanması	
		☐ Patoloji		☐ Yüze-Göze Kan/Sıvı Sıçraması	
		☐ Mikrobiyoloji		☐ Diğer ()	
		☐ Diğer ()		Ameliyat Bitiş Saati:	
				Hemşire :	
				İmza	

